Anioxyde 1000

La désinfection de haut niveau avec Anioxyde 1000 n'intervient qu'après un nettoyage et une pré-désinfection soignés, et s'utilise pour des dispositifs médicaux non autoclavables.
En employant Anioxyde 1000, vous réduisez considérablement le risque de contamination et vous assurez ainsi votre sécurité et celle de vos patients.

CE 0459

PROTOCOLE DE PREPARATION

AVANT DE COMMENCER

Mettre des gants appropriés.

ATTENTION

- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

- **Bactéricide** (NF EN 1040, NF T 72-171, NF T 72-190, T 72-301).
- **Fongicide** (NF EN 1275, NF T 72-190).
- **Virucide** (NF T 72-180).
- **Actif sur les virus** HIV-1 et Hépatite B.
- **Sporicide** (NF T 72-230/231, NF T 72-190).
- **Actif sur** Mycobacterium tuberculosis, terrae et avium

PREPARATION DU PRODUIT

1 Sortez le flacon "activateur" du bidon de 5 litres "générateur".

2 Transvasez le contenu du flacon "activateur" dans le bidon de 5 litres.



3 Versez la préparation activée dans le bac de désinfection (assure l'homogénéisation d'Anioxyde 1000).



4 Environ 15 à 30 minutes après mélange, Anioxyde 1000 est prêt à l'emploi.



5 Validez le taux d'acide peracétique produit à l'aide d'une bandelette de contrôle. La bandelette vire au noir : la solution est active. La bandelette reste blanche : renouvelez la solution. Lire le résultat 10 secondes après trempage. Ne plus interpréter un résultat obtenu pour une lecture réalisée plus de 15 secondes après trempage.

Laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection
Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes ▪ France
Tél. 03 20 67 67 60 - Fax : 03 20 67 76 57
http://www.anios.com

AFAQ ISO 9001 AFAQ N°1995/3723a
CERTIFIED EQNet QUALITY SYSTEM

Anioxyde 1000

La désinfection de haut niveau avec Anioxyde 1000 n'intervient qu'après un nettoyage et une pré-désinfection soignés, et s'utilise pour des dispositifs médicaux non autoclavables. En employant Anioxyde 1000, vous réduisez considérablement le risque de contamination et vous assurez ainsi votre sécurité et celle de vos patients.

CE 0459

PROTOCOLE D'UTILISATION

AVANT DE COMMENCER

Mettre des gants appropriés.
Ecouvillonner l'endoscope.
Réaliser un test d'étanchéité.

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi après activation.

ATTENTION

- Anioxyde 1000 doit être activé avant utilisation (voir protocole de préparation).
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

- **Bactéricide** (NF EN 1040, NF T 72-171, NF T 72-190, T 72-301).
- **Fongicide** (NF EN 1275, NF T 72-190).
- **Virucide** (NF T 72-180).
- **Actif sur les virus** HIV-1 et Hépatite B.
- **Sporicide** (NF T 72-230/231, NF T 72-190).
- **Actif sur** Mycobacterium tuberculosis, terrae et avium

UTILISATION DU PRODUIT



1 Au préalable, nettoyez le matériel avec Hexanios G+R, Aniosyme PLA, Aniosyme 3000 ou Salvanios pH 10…

2 Rincez soigneusement sous eau courante.



3 Immergez totalement le dispositif médical dans le bain d'Anioxyde 1000.



4 Laissez en contact pendant 10 mn et 30 mn pour l'activité sporicide. Attention : vérifiez régulièrement le taux d'acide peracétique à l'aide de la bandelette de contrôle.

5 Rincez très soigneusement à l'eau filtrée sur 0,2 µm dans un instrubac désinfecté pour le matériel ne devant pas être obligatoirement stérilisé.

6 Essuyez avec un champ stérile.

Laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes ▪ France
Tél. 03 20 67 67 60 - Fax : 03 20 67 76 57
http://www.anios.com

AFAQ ISO 9001 AFAQ N°1995/3723a
CERTIFIED EQNet QUALITY SYSTEM